

How to use the filter device

Anleitung Filtergehäuse

This filter device is for gravimetric determinations of dust load if the dust content is very high (up to 300g/m^3). Don't use this device in front of the suction tube. Always for OUT-STACK-measurement.

Dieser Filter ist für hohe Staubgehalte (bis 300g/m^3) Filtergehäuse nicht vor dem Absaugrohr einsetzen, nur OUTStack.

